

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2017– Медицински и лабораторијски потрошни материјал

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:

За партију 23 - Микроцентрифуга, да ли је прихватљиво понудити центрифугу са следећим карактеристикама:

- тајмер: уместо 10 с-99 мин / у корацима од 1 сек, да ли је прихватљиво до 59 м.50 с / у корацима од 10 сек односно до 99 х.59 м / у корацима од 1 мин (дакле укупни опсег је 10 с - 99 х.59 м)
- подешавање брзине у корацима 100 рпм, да ли је прихватљиво у корацима 10 рпм
- уместо меморисања последњег циклуса, да ли је прихватљива могућност меморисања 99 програма
- ротор полипропиленски, да ли је прихватљив ротор од метала (алуминијум или слично)
- капацитет ротора 24 х 1,5/2,2 мл, да ли је прихватљиво 24 х 1,5/2,0 мл
- димензије 176х212х266, да ли је прихватљиво 290х280х390 мм
- тежина центрифуге без ротора 6 кг, да ли је прихватљиво 17 кг

За партију 27 - UV стерилизациони кабинет – PCR box:

- Да ли је приликом захтева спецификације дошло до грешке 120V/60Hz/0.2A, обзиром да је стандардни напон мреже у Србији 220/230V, 50Hz?
- Да ли је прихватљива спецификација UV density: 300 ± 10% (μW/cm²)?

- У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

За партију 23 - Микроцентрифуга:

Понуђене карактеристике нису прихватљиве, те наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

За партију 27 - UV стерилизациони кабинет – PCR box:

У питању је техничка грешка. Потребно је да тражено добро поседује напајање од 220/230V, 50Hz.

Када је реч о UV густини (density), понуђени UV density: 300 ± 10% (μW/cm²) није прихватљив. У том погледу, наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Имајући у виду наведено, наручилац ће измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу који се односи на техничку спецификацију и образац понуде за партију 27, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у законском року и у складу са Законом о јавним набавкама.