

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2018 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:

Поштовани,

С обзиром да је рок за предају понуда 03.05.2018. год., дакле после првомајских празника, молимо вас да због истих померите рок бар за један дан.

Такође, молимо вас за додатне информације за доле наведене ставке:

Партија 1 - Медицински потрошни материјал I

Ставка бр. 27 - Laboratorijski tajmer - Traceable Multi-Colored Timer, four separate timing channels countdown, alarm, times up to 99 hrs., 59 min., 59 sec.

Да ли је прихватљиво понудити дигитални тајмер следећих спецификација:

- 2 timers audible alarm
- countdown/up 99 hrs 59 mins 59 secs
- pocket clip
- magnet

- У вези са овим питањима, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

Када је реч о року за подношење понуда за предметну јавну набавку, наручилац има у плану Измене и допуне конкурсне документације које ће бити објављене на порталу УЈН и интернет страници наручиоца најкасније у петак, 27.04.2018. године, те ће из тих разлога продужити рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда биће **04.05.2018.** године до 10 часова.

Што се тиче **ставке под р. бр. 27** у овире **Партије 1**, понуђене карактеристике нису прихватљиве, из разлога што понуђени дигитални тајмер има 2 (два) канала који могу истовремено да мере време, док је наручилац захтевао лабораторијски тајмер са 4 (четири) канала.

Из тог разлога, наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.