

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 11/2019 – Лабораторијска опрема**

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам одговорите на питање у вези јавне набавке 11/2019 – Лабораторијска опрема, Партија 3:

Да ли је прихватљиво понудити апарат истих или бољих техничких карактеристика који је предвиђен за реакциону запремину 15-50 μL ?

- У вези овог питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

Минималне техничке карактеристике које апарат за ланчану реакцију полимеразе са праћењем у реалном времену мора испунити су дате на страни 7. конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Понуђени апарат никако не сме бити лошијих техничких карактеристика од наведених у конкурсној документацији, али може бити бољих.

Што се тиче реакционе запремине, она мора покрити наведени опсег 5-30 μL , имајући у виду да истраживачи у свом научноистраживачком раду најчешће примењују мање реакционе запремине.

Таква примена реакционих запремина омогућава мањи утрошак потрошног материјала и реагенаса неопходних за успешно спровођење већ започетих експеримената, а самим тим наручилац има мање трошкова.