

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-749/12 од 12.06.2020. г. који је донела Комисија за јавну набавку добара ЈН бр. 7/2020 за потребе наручиоца Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ - Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, директор Института д о н о с и

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

у отвореном поступку јавне набавке добара – медицински и лабораторијски потрошни материјал
ЈН бр. 7/2020

Наручилац - Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд - Институт од националног значаја за Републику Србију, закључује оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара – медицински и лабораторијски потрошни материјал, за партију 10 - Лабораторијска опрема и потрошни материјал II, са понуђачем Alfamed d.o.o., Београд, ул. Љубомира Стојановића 3.

О б р а з л о ж е њ е

Предмет ЈН бр. 7/2020 је набавка добара у отвореном поступку – медицинског и лабораторијског потрошног материјала, обликована у 27 партија, за потребе наручиоца Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ - Института од националног значаја за Републику Србију.

Процењена вредност предметне јавне набавке на годишњем нивоу је 11.000.000,00 динара, без ПДВ, од тога вредност партије 10 - Лабораторијска опрема и потрошни материјал II износи 200.000,00 динара.

Предметна јавна набавка је извршена применом отвореног поступка јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), с обзиром на то да се ради о набавци истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу виша од 5.000.000,00 динара.

Предметна јавна набавка је предвиђена Планом јавних набавки за 2020. годину, у оквиру годишње набавке добара за потребе наручиоца, по опису добара који је наведен у конкурсној документацији.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 28.04.2020. године, као и на Порталу Службеног гласника РС дана 30.04.2020, а рок за подношење понуда био је 28.05.2020. године до 09:30 часова. Јавно отварање понуда одржано је 28.05.2020. године у 11:30 часова, у просторијама наручиоца, у малој сали на другом спрату.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-749/12 од 12.06.2020. године који је сачинила Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН бр. 7/2020, утврђено је да су за јавну набавку медицинског и лабораторијског потрошног материјала, за партију 10 - Лабораторијска опрема и потрошни материјал II, благовремено до 28.05.2020. г. до 09:30 часова, пристигле следеће понуде, које су разврстане по партијама за предметну јавну набавку,

евидентирани заводним бројем, уз навођење датума и времена пријема према редоследу приспећа понуда и то:

Ред. број	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум и време пријема
1	03-139	ProMedia d.o.o., Кикинда, ул. Краља Петра I 114	28.05.2020. у 08:10 ч.
2	03-140	Alfamed d.o.o., Београд, ул. Љубомира Стојановића 3	28.05.2020. у 08:25 ч.
3	03-141	Alfagenetics d.o.o., Београд, ул. Цвијићева 128	28.05.2020. у 08:50 ч.

1. Број под којим је понуда заведена: 01-139

Назив или шифра понуђача и адреса: **ProMedia d.o.o., Кикинда, ул. Краља Петра I 114**

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ: 102.330,00 дин.

Износ ПДВ: 20.466,00 дин.

Укупна цена са ПДВ: 122.796,00 дин.

Рок испоруке: 30 дана од дана наруџбе.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре.

2. Број под којим је понуда заведена: 01-140

Назив или шифра понуђача и адреса: **Alfamed d.o.o., Београд, ул. Љубомира Стојановића 3**

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ: 166.019,00 дин.

Износ ПДВ: 33.203,80 дин.

Укупна цена са ПДВ: 199.222,80 дин.

Рок испоруке: 30 дана од дана наруџбе.

Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре.

3. Број под којим је понуда заведена: 01-141

Назив или шифра понуђача и адреса: **Alfagenetics d.o.o., Београд, ул. Цвијићева 128**

Понуђена цена и евентуални попусти:

Укупна цена без ПДВ: 186.210,00 дин.

Износ ПДВ: 37.242,00 дин.

Укупна цена са ПДВ: 223.452,00 дин.

Рок испоруке: 30 дана од дана наруџбе.

Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре.

Након прегледа и стручне оцене приспелих понуда за предметну партију, комисија за јавну набавку је утврдила следеће:

У понуди понуђача **ProMedia d.o.o.** приликом отварања понуда није било уочених недостатака, међутим, у току прегледа и стручне оцене понуде, Комисија је констатовала да је потребна провера одређених добара понуђених од стране понуђача **ProMedia d.o.o.** за која је у понуди наведено да су еквивалентна односно „одговарајућа“ траженом стандарду квалитета, ради утврђивања усаглашености ових добара са техничким захтевима предвиђеним у спецификацији која је саставни део конкурсне документације наручиоца.

С тим у вези, Комисија је дописом од 5.06.2020. године затражила од понуђача **ProMedia d.o.o.** доставу узорака за ставке под р. бр. 1 и 4 које је, након што је поменути понуђач исте благовремено доставио, проследила истраживачима који предметна добра користе у свом раду на анализу.

На основу извештаја истраживача који су достављене узорке тестирали у својим лабораторијама на начин и под условима који је уобичајен у њиховим научно-истраживачким процесима/задацима, утврђено је да ставка под **р. бр. 1** не испуњава техничке захтеве наручиоца у погледу компатибилности са постојећом опремом, из разлога што *Pro Flex PCR* апарат који се користи у лабораторијама наручиоца ограничава употребу *PCR* тубица од 0,2 ml само на тубице са заобљеним („*domed*“) поклопцима који у потпуности налажу у удубљења поклопца апарата. Другачији облици поклопаца тубица (равни-*flat*) би проузроковали неефикасно загревање и одржавање високе температуре поклопца, чиме би се изменила ефикасност *PCR* реакције услед недовољног кондензовања воде на поклопцу и повратка исте у реакциону смешу.

За ставку под **р. бр. 4**, а на основу извештаја истраживача, утврђено је да понуђена добра - наставци за аутоматски пипетман, нису компатибилни са постојећом опремом, с обзиром на чињеницу да исти не налажу адекватно на пипетмане што отежава рад при поновљеним пипетирањима, при чему је потребно ручно уклонити наставке, што при извођењу експеримената није прихватљиво, с обзиром на негативне последице које могу наступити у случају контаминације.

Имајући у виду наведено, а посебно чињеницу да понуђена добра под р. бр. 1 и 4 не испуњавају техничке спецификације Наручиоца, па самим тим не представљају добра која одговарају његовим потребама, комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача **ProMedia d.o.o.** **неодговарајућа.**

У понуди понуђача **Alfagenetics d.o.o.** приликом отварања понуда није било уочених недостатака, међутим, у току прегледа и стручне оцене понуде, Комисија је констатовала да је потребна провера одређених добара понуђених од стране понуђача **Alfagenetics d.o.o.** за која је у понуди наведено да су еквивалентна односно „одговарајућа“ траженом стандарду квалитета, ради утврђивања усаглашености ових добара са техничким захтевима предвиђеним у спецификацији која је саставни део конкурсне документације наручиоца.

С тим у вези, Комисија је дописом од 5.06.2020. године затражила од понуђача **Alfagenetics d.o.o.** доставу узорака за ставке под р. бр. 1 и 4 које је, након што је поменути понуђач исте благовремено доставио, проследила истраживачима који предметна добра користе у свом раду на анализу.

На основу извештаја истраживача који су достављене узорке тестирали у својим лабораторијама на начин и под условима који је уобичајен у њиховим научно-истраживачким процесима/задацима, утврђено је да ставка под **р. бр. 1** не испуњава техничке захтеве наручиоца у погледу компатибилности са постојећом опремом, из разлога што *Pro Flex PCR* апарат који се користи у лабораторијама наручиоца ограничава употребу *PCR* тубица од 0,2 ml само на тубице са заобљеним („*domed*“) поклопцима који у потпуности налажу у удубљења поклопца апарата. Другачији облици поклопаца тубица (равни-*flat*) би проузроковали неефикасно загревање и одржавање високе температуре поклопца, чиме би се изменила ефикасност *PCR* реакције услед недовољног кондензовања воде на поклопцу и повратка исте у реакциону смешу.

За ставку под **р. бр. 4**, а на основу извештаја истраживача, утврђено је да су понуђена добра - наставци за аутоматски пипетман, компатибилни са постојећом опремом коју наручилац користи у свом раду, па самим тим представљају добра која одговарају његовим потребама.

Имајући у виду напред наведено, а посебно чињеницу да понуђена добра под р. бр. 1 не испуњавају техничке спецификације Наручиоца, па самим тим не представљају добра која одговарају његовим потребама, комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача абавку је утврдила да је понуда понуђача **Alfagenetics d.o.o. неодговарајућа.**

У понуди понуђача **Alfamed d.o.o.** приликом отварања понуда није било уочених недостатака. Након прегледа и стручне оцене понуде, као и извршене провере и детаљне анализе техничке спецификације која је достављена уз саму понуду, констатовано је да понуђена добра у потпуности одговарају траженом стандарду квалитета, па је Комисија утврдила да је понуда понуђача **Alfamed d.o.o.** благовремена и одговарајућа, као и да не прелази износ процењене вредности јавне набавке бр. 7/2020 за партију 10 - Лабораторијска опрема и потрошни материјал II на годишњем нивоу.

На основу утврђених чињеница битних за стручну оцену понуда, Комисија је предложила директору Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију да донесе **Одлуку о закључењу оквирног споразума** у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН бр. 7/2020 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал, за партију 10 - **Лабораторијска опрема и потрошни материјал II**, понуђачу **Alfamed d.o.o., Београд, ул. Љубомира Стојановића 3**, с обзиром на то да једино ова понуда задовољава све услове прописане законом и конкурсном документацијом наручиоца.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке, а имајући у виду да је наведена понуда одговарајућа и прихватљива, као и да садржи све доказе прописане Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца о испуњавању услова за закључење оквирног споразума у поступку предметне јавне набавке, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права понуђача, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.


Директор Института
др Мирјана Михаиловић