

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 11/2019 – Лабораторијска опрема**

- Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА:

Молимо Вас да:

1. Појасните техничку документацију за партију 6 - тачка 12 у којој наводите да уређај мора имати могућност надоградње до Multiplex fluorescence, као и да за надоградњу у периоду од годину дана од куповине уређаја, продавац се обавезује на испоруку новог уређаја са траженим карактеристикама. Наиме, молимо за појашњење на који од та два уређаја - онај без надоградње или онај са надоградњом ће се примењивати гарантни рок од 24 месеца као и која је процењена вредност те „надоградње“ тј разлике између два наведена уређаја. Процењена вредност надоградње је неопходна како би се испоштовало правило конкурентности и транспарентности тј. свим понуђачима дала једнака шанса да одлуче да ли се могу обавезати на описане будуће радње које захтевате а нису дефинисане садашњим моделом уговора нити условима ове Конкурсне документације. Такође, молимо Вас да сачините посебан Модел Уговора за партију 6 који би дефинисао све захтевано.

2. На страни 21. наводите лице одговорно за потписивање „Оквирног споразума“ . На страни 59. исто наводите „лице које има интерес за закучљење оквирног споразума“, а у свим осталим документима наводите Уговор. Молим да дефинишете да ли ће бити потписан уговор или оквирни споразум и да у складу са тим појашњењем измените све обрасце.

- У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОРЕ:

1. Предмет набавке у партији 6 је набавка уређаја за визуализацију, квантификацију и документацију протеинских гелова и мембрана, ДНК гелова и хемилуминисцентног Western blot-а описаних техничких карактеристика наведених на стр. 9-11 конкурсне документације **са могућношћу надоградње** до multipleks флуоресценције (са 12 филтера: 6 за ексцитацију, 6 за емисију, 2 лед лампе: ЕПИ лед бела и ЕПИ лед близу-ИР/инфра црвено) и гарантним роком од минимум 24 месеца од дана испоруке и инсталације, односно пуштања уређаја у рад.

Уређај који је предмет ове набавке не обухвата флуоресцентни Western blot, већ само могућност надоградње, имајући у виду да постоји реална могућност да истраживачи у свом раду почну да примењују и ту методу.

Уколико се укаже потреба за надоградњом поменутог уређеја то ће бити предмет нове јавне набавке која ће имати своју процењену вредност.

2. На стр. 21. и 59. омашком је наведен оквирни споразум. Након спроведеног предметног поступка наручилац ће са изабраним понуђачем закључити Уговор о јавној набавци, чији је модел дат на страни 46-51 конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Имајући у виду напред наведено, обавештавамо Вас да ће измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку бити објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у законском року и у складу са Законом о јавним набавкама, као и да ће рок за подношење понуда бити продужен.