

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу** на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2016 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Заинтересовани понуђач је поставио **ПИТАЊЕ:**

На основу чл. 63. ЗЈН замолили бисмо Вас да нам појасните следеће, како бисмо као понуђач доставили одговарајућу и прихватљиву понуду:

**Партија 10 – Плоче за *ELISA* методу:**

Какво дно се тражи за плоче за *ELISA*-у? U, F или V? И какав капацитет везивања?

У вези овог питања, наручилац даје следећи **ОДГОВОР:**

Потребно је да дно плоча за *ELISA*-у буде равно, односно „*Flat bottom plate (F)*“, а када је реч о капацитету везивања, оно мора бити повећано, односно „*Enhanced binding capacity (EB)*“.