

**ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 7/2016 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал**

Заинтересовани понуђач је поставио **ПИТАЊЕ:**

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 7/2016, одговорите на следећа питања:

У партији 1, захтевана је **ставка 29**, *cryo* кутије са поклопцем и раздељивачем. Које висине Вам је потребан раздељивач и са колико места?

У партији 1, захтевана је **ставка 39**, пинцета 130 mm. Да ли је одговарајуће понудити пинцету 130 mm *bent* или 135 mm *bent round* траженог произвођача *Bochem*?

У партији 1, захтевана је **ставка 46**, пластичне пипете по Пастеру где наводите две димензије 155 mm и 150 mm. Да ли је одговарајуће понудити пипету 155 mm?

У партији 1, захтевате **ставку 52**, покровна стакла 22x22. Тражени произвођач има паковање 200 ком па Вас молим за појашњење да ли је потребно понудити 5 или 10 паковања од 200 ком?

У партији 1, захтевате **ставке 65-67**, хируршке рукавице. Да ли је одговарајуће понудити латекс рукавице без пудера нестерилне у паковању од 100 ком?

У партији 1, захтевана је **ставка 74**, покровна стакла 24x35mm, *obzirom da ove dimenzije ne postoje*, да ли је одговарајуће понудити покровна стакла димензија 24x32?

У партији 1, захтевана је **ставка 75**, *Hellendahl stainig jar*. Молим Вас да коригујете димензије из заграде обзиром да се у њима боје предметна стакла димензија 26x76.

У партији 1, захтевате **ставку 82**, центрифуске епрувете. Да ли су Вам потребне епрувете облог или конусног дна?

У вези ових питања, наручилац даје следећи **ОДГОВОР:**

**Партија 1 - Медицински потрошни материјал I**

За **ставку бр. 29**, потребно је понудити кутије са поклопцем и раздељивачем за чување узорака на -80С за микротубе од водоотпорног картона, димензија 136x136x50mm, чија је висина 4 cm и која садржи 81 место за узорке.

За **ставку бр. 39**, потребно је понудити пинцете - *Forceps 135 mm, rounded bend, 18/10 steel* произвођача *Bochem* „или одговарајуће“.

За **ставку бр. 46**, потребно је понудити пластичне пипете по Пастеру, 3 ml, 155 mm, *macro, graduated, non-sterile, PE*.

За **ставку бр. 52**, потребно је понудити покровна стакла димензија 22x22 mm, и то 5 паковања од 200 комада.

За **ставку бр. 65-67**, одговарајуће је понудити латекс рукавице, без пудера, нестерилне, у паковању од 100 комада.

За **ставку бр. 74**, потребно је понудити покровна стакла димензија 24x32 mm.

За **ставку бр. 75**, потребно је понудити *Hellendahl Staining jars (76x26 mm) slides vertically*.

За **ставку бр. 82**, потребно је понудити епрувете облог дна (*Centrifuge glasses with round bottom*).